

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU

GERMITEC s.r.o., Praha 6, info@germitec.cz, Date: January 01, 2021

- zařízení uchovávejte daleko od zdrojů tepla
- přístroj nikdy nezakrývejte pro zajištění správného odvodu tepla
- přenášíte-li přístroj ze studena do tepla, počkejte min. 15 minut a potom přístroj zapněte
- zařízení uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vody
- před zahájením činností souvisejících s instalací, nebo údržbou odpojte přístroj od elektrické sítě
- k čištění nepoužívejte alkohol ani prostředky obsahující amoniak
- montáž i demontáž provádí vyškolený pracovník s potřebnou vyhláškou
- zařízení připojte k elektrické síti s ochranným zemnicím připojením
- s přístrojem manipulujte opatrně, vyvarujte se prudkým nárazům, může tak dojít k poškození
- na mechanické poškození způsobené neopatrným zacházením se záruka nevztahuje
- při zapojení dbejte na správnou polaritu

Přístroj nerozebírejte, neopravujte sami, neodstraňujte difuzor, nemanipulujte se zdrojem světla, který je umístěn uvnitř. Můžete se tak vystavit nebezpečí poranění elektrickým proudem. V případě poruchy kontaktujte prodejce či odborníka s příslušnou vyhláškou. Používejte zásuvku, která má ochranu proti přepětí nebo zemní ochranu. V případě, že zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.

Poškozené napájecí kabely mohou způsobit požár. V případě, že je zařízení vybaveno stojanem, dbejte na jeho řádnou stabilitu a správné umístění v prostoru tak aby případným pádem nemohlo zařízení způsobit jinou škodu na majetku, zdraví či způsobit při zkratu el. soustavy požár apod. Světelný zdroj nespadá do oblasti UV nebezpečného záření / norma ČSN EN 62471/ i přes to nedoporučujeme dlouhodobý přímý pohled do zdroje světla, mohlo by dojít k poškození sítnice oka či jinému poškození zraku.



Germitec s.r.o. registered office Křenová 439/15, 162 00 Praha 6

Tel: +420 724 770 724

www.germitec.cz

The company is registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Praha, Section C, entry332689, Id Nr. 09215310